

Termo de Cancelamento

Prefeitura Municipal de Viseu
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Registro de Preços Eletrônico - P.E 041/2022/SRP

Processo Cancelado no dia 03/10/2022 às 12:23:54 pelo seguinte motivo: O processo foi Cancelado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: Considerando as impugnações e a não resposta da Secretaria Municipal de saúde e ainda. Considerando ainda que esta Pregoeira não possui competência para dirimir dúvidas ou responder sobre o Termo de Referencia vindo da Secretaria

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
15/09/2022 21:31	16/09/2022 06:00	04/10/2022 18:00	07/10/2022 08:59	07/10/2022 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
16/09/2022 06:00	28/09/2022 18:00	03/10/2022 08:59	03/10/2022 09:00	30/09/2022 18:00	Maria Eliene Teixeira Barbosa

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
23/09/2022 - 16:08	IMPUGNAÇÃO	-	Aguardando Julgamento	Pedido: IMPUGNAÇÃO REF. PE 041.pdf

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

A empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA., sociedade comercial inscrita no CNPJ sob o nº 02.659.246/0001-03, situada na Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, 400 – Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, procuração e atos constitutivos anexos, vem, respeitosamente, perante V. Sa., com fulcro no artigo 41, 'PAR' 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, apresentar:

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO

face ao procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 SRP, publicado pelo Município de Viseu, Pará, tem por objeto o Sistema de Registro de preços que objetiva a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Aparelho de Raios-X para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Viseu/PA. Conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, pelos fatos e fundamentos expostos no documento em anexo.

27/09/2022 - 14:32	Pedido de impugnação	-	Aguardando Julgamento	Pedido: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.pdf
--------------------	----------------------	---	-----------------------	----------------------------------

Prezados, boa tarde.

Segue em anexo o pedido de impugnação da Konica Minolta.
Agradeço desde já.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
--------	---------	---------------	------	---------	-------------



0001

APARELHO DE RAO-X DE 500 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X; BAIXA FREQUÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA MÍNIMA: 30KW; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MÍNIMA DE: 40 A 125KV - COM PASSOS DE 1KV; ESCALA DE MA MÍNIMA DE 20 A 500 MA; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO: 0,002 A 10 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA DE MAS DE NO MÍNIMO: 0,1 A 500 MAS; INDICAÇÃO DE PARÂMETROS/FUNÇÕES NO DISPLAY DIGITAL DE NO MÍNIMO KV, MA E MAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - MONOFÁSICO 127V/220V - 60HZ, PARA REDE DE BAIXA POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 10KVA. MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE; TAMPO HOMOGÊNEO RADIOTRASPARENTE COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG; COM TAMPO COM DESLOCAMENTO FLUTUANTE E DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. GRADE ANTIDIFUSORA FIXA 150 LINHAS / POL; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; BANDEJA POSSIBILITANDO A AUTOCENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS DE 13X18 CM A 35X43 CM; ESTATIVA PORTA TUBO: TIPO CHÃO/TETO OU CHÃO-CHÃO: DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 200 CM EM TRILHOS; BRAÇO PORTA-TUBO: DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 120 CM; ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90°, 180° E 270°; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM ACIONAMENTO POR BOTOEIRA NO PAINEL JUNTO AO TUBO; INDICAÇÃO DE ANGULAÇÃO DO TUBO TIPO POR GRAVIDADE DE (+150 ° A -150°); MURAL BUCKY DESLOCAMENTO PADRÃO VERTICAL MÍNIMO DE 150 CM; FREIO ELETROMAGNÉTICO PARA POSICIONAMENTO VERTICAL; GRADE ANTIDIFUSORA RAZÃO MÍNIMA 150 LINHAS / POL.; DISTANCIA FOCAL (100 A 180) CM; BANDEJA POSSIBILITANDO A ENTRADA DE CHASSIS (13X18 A 35X43) CM; UNIDADE SELADA; CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO; TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE; POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 18/50KW; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 3.000 RPM; FOCOS FINO DE 1,0 MM (OU MENOR) E GROSSO DE 2,0 MM (OU MENOR); (...)

352.794,50

3 UN

Cancelado



DIGITALIZADOR TIPO CR - 40PPM:
 DIGITALIZADOR DE IMAGENS
 RADIOGRÁFICAS TIPO CR: SISTEMA DE
 RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR)
 PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS
 RADIOGRÁFICAS EM GERAL, LEITURA DE
 CHASSIS POR LEITOR DE CÓDIGO DE
 BARRAS INCLUINDO UMA UNIDADE LEITORA
 COMPLETA E UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO
 PARA RADIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO
 ELETRÔNICA DOS CHASSIS. UM (01) LEITOR
 DE CHASSIS CR DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTA
 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME
 CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DOTADO
 DE ALIMENTADOR MONOCASSETTE
 INTEGRADO. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE
 IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO COM
 CAPACIDADE DE LEITURA DE PELO MENOS 10
 PIXELS/MM PARA TODOS OS TAMANHOS DE
 CASSETES. PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO
 50 CASSETES POR HORA. CASSETES
 COMPOSTOS POR PLACAS DE FÓSFORO
 PARA RAIOS-X, NOS TAMANHOS: 20X25CM,
 25X30CM, 35X43CM, E COM GARANTIA MÍNIMA
 DE 50.000 LEITURAS, CASSETES NA
 TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUTIBILIDADE. 01
 (UMA) ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE
 PACIENTE, CONECTADOS AOS CR(S),
 DOTADOS DE CONEXÃO DICOM E OS
 SOFTWARES NECESSÁRIOS. MONITOR LCD
 OU LED COLORIDO COM TELA SENSÍVEL AO
 TOQUE. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS,
 INTEGRADO A ESTAÇÃO PARA
 CADASTRAMENTO DOS CASSETES E
 ASSOCIÁ-LOS AO PACIENTE. SISTEMA DEVE
 SER FORNECIDO E CONTEMPLAR OS
 RECURSOS E CARACTERÍSTICAS: DICOM,
 CONTROLADORA DE REDE FAST ETHERNET
 DE 1GBIT/S E TERMINAIS DE
 CADASTRAMENTO. EFETUAR CONEXÃO
 DICOM PARA IMAGENS BRUTAS (RAW DATA)
 E PÓS PROCESSADAS. O SOFTWARE DAS
 ESTAÇÕES DEVE SER FORNECIDO PELO
 FABRICANTE DO CR, PERMITINDO O USO DOS
 RECURSOS E DAS INFORMAÇÕES DAS
 IMAGENS DIGITALIZADAS PELO CR. EFETUAR
 CONEXÃO DICOM 3.0, MODALITY WORKLIST
 MANAGEMENT COM SISTEMAS RIS/HIS.
 EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0 PARA
 IMPRESSÃO PRINT SCU. O EQUIPAMENTO
 DEVE SER COMPATÍVEL E SER INTEGRADO A
 SISTEMA PACS, SER INSTALADO E TESTADO,
 COM OS ITENS DE HARDWARES E
 SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA AS
 CONEXÕES. WORKSTATION PRÓPRIA PARA
 AQUISIÇÃO DE IMAGENS DICOM 3.0
 PROVENIENTE DE QUALQUER MODALIDADE
 CONECTADA À REDE (...)

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/09/2022	EDITAL P.E 041.2022 ass.pdf
30/09/2022	SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE.pdf

Propostas Enviadas

0001 - APARELHO DE RAIOS-X DE 500 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X; BAIXA FREQUÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA MÍNIMA: 30KW; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MÍNIMA DE: 40 A 125KV – COM PASSOS DE 1KV; ESCALA DE MA MÍNIMA DE 20 A 500 MA; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO: 0,002 A 10 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA DE mAS DE NO MÍNIMO: 0,1 A 500 mAS ; INDICAÇÃO DE PARÂMETROS/FUNÇÕES NO DISPLAY DIGITAL DE NO MÍNIMO KV, mA E mAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – MONOFÁSICO 127V/220V – 60HZ, PARA REDE DE BAIXA POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 10KVA. MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE; TAMPO HOMOGÊNEO RADIOTRANSARENTE COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG; COM TAMPO COM DESLOCAMENTO FLUTUANTE E DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. GRADE ANTIDIFUSORA FIXA 150 LINHAS / POL; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; BANDEJA POSSIBILITANDO A AUTOCENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS DE 13X18 CM A 35X43 CM; ESTATIVA PORTA TUBO: TIPO CHÃO/TETO OU CHÃO-CHÃO: DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 200 CM EM TRILHOS; BRAÇO PORTA-TUBO: DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 120 CM; ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90°, 180° E 270°;



FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM ACIONAMENTO POR BOTOEIRA NO PAINEL JUNTO AO TUBO; INDICAÇÃO DE ANGULAÇÃO DO TUBO TIPO POR GRAVIDADE DE (+150 ° A -150°); MURAL BUCKY DESLOCAMENTO PADRÃO VERTICAL MÍNIMO DE 150 CM; FREIO ELETROMAGNÉTICO PARA POSICIONAMENTO VERTICAL; GRADE ANTIDIFUSORA RAZÃO MÍNIMA 150 LINHAS / POL.; DISTANCIA FOCAL (100 A 180) CM; BANDEJA POSSIBILITANDO A ENTRADA DE CHASSIS (13X18 A 35X43) CM; UNIDADE SELADA; CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO; TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE; POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 18/50KW; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 3.000 RPM; FOCOS FINO DE 1,0 MM (OU MENOR) E GROSSO DE 2,0 MM (OU MENOR); (...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda	05.048.534/0001-01	29/09/2022 - 16:38:52			3	0,00	R\$ 0,00	Sim
Jaragua Mercantil Ltda	13.390.706/0001-59	30/09/2022 - 14:58:30			3	0,00	R\$ 0,00	Sim
MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	33.604.805/0001-01	30/09/2022 - 15:35:06			3	0,00	R\$ 0,00	Sim
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	30/09/2022 - 17:00:31			3	0,00	R\$ 0,00	Não
Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	19.769.575/0001-00	30/09/2022 - 17:14:49			3	0,00	R\$ 0,00	Não
Hit Care comércio e importação	33.921.755/0001-88	30/09/2022 - 17:57:21			3	0,00	R\$ 0,00	Não
TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	30.317.183/0001-34	02/10/2022 - 23:02:22			3	0,00	R\$ 0,00	Sim

0002 - DIGITALIZADOR TIPO CR - 40PPM: DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS TIPO CR: SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR) PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM GERAL. LEITURA DE CHASSIS POR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INCLUINDO UMA UNIDADE LEITORA COMPLETA E UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA RADIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DOS CHASSIS. UM (01) LEITOR DE CHASSI CR DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DOTADO DE ALIMENTADOR MONOCASSETTE INTEGRADO. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO COM CAPACIDADE DE LEITURA DE PELO MENOS 10 PIXELS/MM PARA TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES. PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CASSETES POR HORA. CASSETES COMPOSTOS POR PLACAS DE FÓSFORO PARA RAIOS-X, NOS TAMANHOS: 20X25CM, 25X30CM, 35X43CM, E COM GARANTIA MÍNIMA DE 50.000 LEITURAS, CASSETES NA TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUTIBILIDADE. 01 (UMA) ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE PACIENTE, CONECTADOS AOS CR(S), DOTADOS DE CONEXÃO DICOM E OS SOFTWARES NECESSÁRIOS. MONITOR LCD OU LED COLORIDO COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, INTEGRADO A ESTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DOS CASSETES E ASSOCIÁ-LOS AO PACIENTE. SISTEMA DEVE SER FORNECIDO E CONTEMPLAR OS RECURSOS E CARACTERÍSTICAS: DICOM, CONTROLADORA DE REDE FAST ETHERNET DE 1GBIT/S E TERMINAIS DE CADASTRAMENTO. EFETUAR CONEXÃO DICOM PARA IMAGENS BRUTAS (RAW DATA) E PÓS PROCESSADAS. O SOFTWARE DAS ESTAÇÕES DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE DO CR, PERMITINDO O USO DOS RECURSOS E DAS INFORMAÇÕES DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PELO CR. EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0, MODALITY WORKLIST MANAGEMENT COM SISTEMAS RIS/HIS. EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0 PARA IMPRESSÃO PRINT SCU. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL E SER INTEGRADO A SISTEMA PACS, SER INSTALADO E TESTADO, COM OS ITENS DE HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA AS CONEXÕES. WORKSTATION PRÓPRIA PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DICOM 3.0 PROVENIENTE DE QUALQUER MODALIDADE CONECTADA À REDE (...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda	05.048.534/0001-01	29/09/2022 - 16:38:52			3	0,00	R\$ 0,00	Sim
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	30/09/2022 - 17:03:13			3	0,00	R\$ 0,00	Não
QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	30/09/2022 - 17:09:04			3	0,00	R\$ 0,00	Não
Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	19.769.575/0001-00	30/09/2022 - 17:15:44			3	0,00	R\$ 0,00	Não
Hit Care comércio e importação	33.921.755/0001-88	30/09/2022 - 17:56:13			3	0,00	R\$ 0,00	Não
TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	30.317.183/0001-34	02/10/2022 - 23:02:53			3	0,00	R\$ 0,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/10/2022 às 12:24:08.
 Código verificador: 38EDE9



Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda	05.048.534/0001-01	60 dias
Jaragua Mercantil Ltda	13.390.706/0001-59	90 dias
Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	19.769.575/0001-00	60 dias
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	60 dias
TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	30.317.183/0001-34	60 dias
Hit Care comércio e importação	33.921.755/0001-88	60 dias
MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	33.604.805/0001-01	60 dias
QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	60 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
30/09/2022 - 18:04:54	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE.pdf) em 30/09/2022 às 18:04.
03/10/2022 - 12:23:54	Sistema	O processo foi Cancelado por iniciativa do pregoeiro.
03/10/2022 - 12:23:54	Sistema	Motivo: Considerando as impugnações e a não resposta da Secretaria Municipal de saúde e ainda. Considerando ainda que esta Pregoeira não possui competência para dirimir duvidas ou responder sobre o Termo de Referência vindo da Secretaria

Fernando dos Santos Vale
Autoridade Competente

Karineide Ferreira dos Santos
Apoio

